

## ACC. CALIBRADOR LANGAVANT CONJUNTO PARA EN 196-9



SKU: N / A | Categorías: [Calorímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acc. Calibrador Langavant Conjunto para EN 196-9

- Descripción del producto:
- Conjunto de calorímetro Langavant
  - EN 196-9
  - Utilizado para medir el calor de hidratación de cemento por el método semi-adiabático

Que consiste en:

- 1.0283.00 Calorímetro de prueba
  - EN 196-9
  - Para el método Langavant semi-adiabático.
  - Incluye certificado de calibración de fábrica.
  - Dewar buque 100 dia. x 240 mm
  - Dim externa 180 dia. x 400 mm
  - Con sensor de temperatura Pt100
  - Peso: 4,6 kg.
- 1.0283.01 calorímetro de referencia
  - EN 196-9
  - Para el método Langavant semi-adiabático.
  - Incluye cilindro de aluminio
  - Peso: 4,6 kg.
- 1.0283.02 Recipientes de muestra de mortero.
  - EN 196-9
  - Para sujetar las muestras de mortero.
  - Oscuro. 84 mm de diámetro. x 162 mm
  - Volumen 880 cm<sup>3</sup>
  - (1 unidad = 50 uds.)
  - Peso: 7,0 kg.
- 1.0283.03 dispositivo de registro de temperatura
  - Con 4 canales
  - Para la medición, grabación y transmisión de valores de temperatura
  - Dispositivo de mesa (wxdxh) = 140 x 190 x 40 mm
  - Puerto USB
  - Peso: 0,5 kg
  - Puerto USB
  - nuevo modelo-
- 1.0283.04 software de análisis
  - EN 196-9
  - Para informar y editar lo grabado y valores almacenados y para el cálculo del calor de hidratación
  - Con funciones integrales.
  - Licencia requerida
- Un PC estándar con monitor, no incluido.
- Por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO