

CÁMARA DE CONTENIDO DE CARBONATO DE CALCIO -HM-4501



SKU: HM-4501 | **Categorías:** [Carbonato de calcio](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [ASTM D4373](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este método de prueba cubre la determinación cuantitativa del contenido de carbonato de calcio (CaCO_3) de los suelos. Es un método gasométrico que utiliza un aparato portátil simple. El método de prueba se realiza rápidamente para suelos que contienen carbonato de calcio. La cámara de acrílico tiene una longitud de 2.5 "ID x 5.5" y está sellada con tapas anodizadas. La unidad viene completa con un medidor de prueba de 10 psi, una válvula de purga y una taza de 20 ml con mango.

La Cámara de Contenido de Carbonato de Calcio admite las siguientes normas: ASTM D4373

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO