

INCUBADORA DE BLOQUE DE BAÑO SECO SERIE I-IV- MARCA BELLTRONIC








- Rango de control de temperatura: -10 8451 ~ 100 8451
- Cronometraje rango: 1min ~ 99h 59min
- Control de temperatura precisión: $\leq \pm 3$ 8451

SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-01 96×0.2ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-02 54×0.5ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-03 35×1.5ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-04 35×2.0ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-05 15×0.5ml+20×1.5ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-06 24×Dia.≤φ12mm tube		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-07 Tubo Falcon 12 × 15ml		Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-08 Tubo Falcon de 6 × 50 ml		Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-09	Bloque de baño rectangular de 103 × 67 × 30	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-10	Microplaca de 96 pocillos	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-11	Tubos de 24 × 5,0 ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-12	Microplaca 96 pozos profundos	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSIV-13	Tubos Eppendorf de 15 × 5,0 ml	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación para Serie I-IV incubadora de baño seco

1. Rango de control de temperatura: -10 8451 ~ 100 8451
2. Cronometraje rango: 1min ~ 99h 59min
3. Control de temperatura precisión: $\leq \pm 3$ 8451
4. Monitor precisión: 0.1 8451
5. Tiempo de calentamiento: ≤ 15 min (de 20 8451 a 100 8451)
6. Tiempo de enfriamiento: ≤ 20 min (de 20 8451 A 5 8451) si la temperatura ambiente es inferior 30 8451 &Le; 15 min (de 20 8451 a 10 8451) si la temperatura ambiente es inferior 25 8451
7. Calefacción y refrigeración
8. Tamaño externo (L * W * h): 300*220*170mm
9. Peso: 5 kg
10. Tamaño del paquete: 470*380*330mm
11. Peso bruto: 8 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO