


## PRUEBAS DE SUPOSITORIOS SDT 1000



**SKU:** SDT 1000 | **Categorías:** [Pruebas de supositorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SDT 1000

Diseñado de acuerdo con las especificaciones establecidas en la prueba Ph. Eur. 2.9.2, el SDT 1000 es un probador de una sola unidad, optimizado para evaluar las propiedades de desintegración de supositorios y pesarios y, con el accesorio adecuado, para medir el tiempo de reblandecimiento de supositorios lipofílicos (según Ph. Eur. 2.9.22.-2).

El SDT 1000 tiene un diseño simple, que utiliza una inversión manual controlada mediante un sistema de poleas resistente al agua. Los parámetros de prueba, incluida la temperatura del baño de agua y la velocidad del agitador, se ajustan fácilmente mediante las interfaces de las teclas táctiles.

#### Número de catálogo:

**1704**

Cumplimiento de la farmacopea:

Prueba Ph. Eur. 2.9.2 y 2.9.22.-2 (con accesorios adecuados)

No. Estaciones de prueba:

Desintegración: 1 Tiempo de ablandamiento: hasta 3

Inversión de muestra:

Manual

Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto): 510 x 280 x 500 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO